

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»  
(ДП «Укрметртестстандарт»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, тел: (044) 526-52-29, факс: (044) 526-42-60, Код ЄДРПОУ 02568182  
e-mail: [ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua](mailto:ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua), web: <http://www.ukrcsm.kiev.ua>

29.11.2018 № 306-31/2486  
На № \_\_\_\_\_

Голові ГО «Колегія  
поліграфологів України»  
Шаповалову В.О.

04053, м.Київ, вул..Січових стрільців, 40а

На Ваш запит стосовно можливості проведення комплексної перевірки відповідності поліграфів та їх елементів повідомляємо наступне:

1. Як вже повідомлялось Вашій громадській організації (лист № 15-12-02/112 від 13.04.2016), комп'ютерні поліграфи не належать до засобів вимірювальної техніки та на них не поширюються норми закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Для цих приладів не передбачено проведення повірки в цілому або його окремих частин. Також не потребується оцінка відповідності вимогам технічного регламенту засобів вимірювальної техніки та технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

2. Випробувальна служба УкрТЕСТ ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» не має акредитації за стандартом ДСТУ 8692:2016, проте може провести випробування виробів за окремими вимогами, що містить цей стандарт, наприклад, відповідності вимогам ДСТУ 4113-2001, ДСТУ EN 61010-1:2014, ДСТУ ІЕС 61326-1:2014, ГОСТ 15150-69. Однак результати випробувань на відповідність цим стандартам не можуть бути підтвердженням відповідності виробів ДСТУ 8692-2016 в цілому.

3. ДСТУ 8692:2016 має деякі недоліки, які не дають змоги використовувати його при оцінці відповідності у повному обсязі. Наприклад:

- в різних розділах, одночасно зазначено два стандарти, які встановлюють вимоги щодо безпеки обладнання (ДСТУ 4113-2001 та ДСТУ EN 61010-1:2014).

- проведення перевірки обладнання за стандартами, які встановлюють загальні вимоги (ГОСТ 14.201-83) або вимоги до процесів життєвого циклу

програмного забезпечення (ДСТУ EN 62304:2014) за методами, що вказані в ДСТУ 8692:2016 неможливе та недоцільне.

4. Поліграфи не включені до чинного на даний час «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 01.02.2005 № 28 (у редакції від 11.10.2016 р.), тому вони не підлягають обов'язковій сертифікації в Україні та не мають маркуватись знаком відповідності відповідно до ДСТУ 2296-93.

Відповідно до чинного законодавства, для введення поліграфів у обіг на території України, виробник або його уповноважений представник повинен виконати процедури оцінки відповідності, видати декларацію відповідності та маркувати кожен виріб знаком відповідності технічним регламентам. При цьому, виробник має забезпечити оцінку відповідності всім технічним регламентам, які розповсюджуються на виріб. Відповідальним за вибір технічних регламентів є виробник (уповноважений представник).

На наш погляд, потрібно провести оцінку відповідності цієї продукції декільком технічним регламентам (принаймні технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, технічного регламенту низьковольтного обладнання та технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні).

Ваші питання щодо функцій органів державного ринкового нагляду не відносяться до сфери нашої компетенції.

**Перший заступник генерального директора**



**В. Ример**